

Комплекс речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед»

Терминал палатный «Тромбон СОРС-Мед-ТП»

Паспорт

ДВТР.465214.001ПС

1 Назначение

1.1 Терминал палатный «Тромбон СОРС-Мед-ТП» (далее – ТП) является компонентом комплекса речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед» ДВТР.465213.001.

1.2 ТП, в составе с другими компонентами системы «Тромбон СОРС-Мед», предназначен для построения в медицинских учреждениях систем громкоговорящей экстренной связи для маломобильных групп населения (далее – МГН).

1.3 ТП выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.465213.001ТУ в корпусе, предназначенном для накладного настенного монтажа.

2 Технические характеристики:

2.1 максимальное количество подключаемых вызывных устройств – 8 шт.;

2.2 напряжение питания, постоянное, по линии связи от «Тромбон СОРС-ЛБС» – от 12 до 36 В*;

2.3 потребляемая мощность – не более 0,4 Вт;

2.4 интерфейс связи – RS485;

2.5 максимальная длина линий интерфейса связи RS485 – 1200 м;

2.6 габаритные размеры ТП (высота, ширина, толщина) – не более 165x190x33 мм;

2.7 вес ТП – не более 1 кг;

2.8 диапазон температур эксплуатации ТП – от плюс 5 до плюс 40°С;

2.9 класс защиты – IP20.

* При эксплуатации ТП необходимо учитывать количество и диапазон напряжений питания других устройств помощи МГН, которые подключаются к цепям питания ТП.

3 Комплект поставки:

3.1 терминал палатный «Тромбон СОРС-Мед-ТП» – 1 шт.;

3.2 руководство по эксплуатации – 1 шт.;

3.3 паспорт – 1 шт.;

3.4 вилка ТР4Р4С – 9 шт.;

3.5 вилка ТР-6Р6С (RJ25) – 2 шт.;

3.6 упаковка – 1 шт.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие терминала палатного «Тромбон СОРС-Мед-ТП» техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ТП составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ТП за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт ТП потребителем не допускается.

Доставка ТП к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии на ТП прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта ТП потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

5 Сведения о приёмке

Терминал палатный «Тромбон СОРС-Мед-ТП»

серийный номер _____ дата изготовления _____

соответствует техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____

штамп

МП

6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон» www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73